

111 年 7 月 興革事項

(一) 衛生科

<p>興革事項名稱</p>	<p>X 光機室診斷型 X 光機(Radnext32) 輻射安全檢測</p>																												
<p>興革事項內容</p>	<p>依放射性物質與可發生游離輻射設備及其輻射作業管理辦法規定辦理，業於 111 年 6 月 17 日由台灣醫學物理股份有限公司專業人員蒞監進行診斷型 X 光機(Radnext32)輻射安全測試，檢查結果合格，並送行政院原子能委員會 111 年 7 月 6 日完成登記備查。</p>																												
<p>專業人員檢查診斷型 X 光機情形(一)</p>	<p>專業人員檢查診斷型 X 光機情形(二)</p>																												
																													
<p>專業人員檢查診斷型 X 光機情形(三)</p>	<p>行政院原子能委員會登記證明</p>																												
	<table border="1" data-bbox="858 1444 1433 1803"> <thead> <tr> <th colspan="2">行政院原子能委員會 可發生游離輻射設備登記證明</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>登記證明字號</td> <td>登證字 1027807 號</td> </tr> <tr> <td>單位編號</td> <td>BA44020015</td> </tr> <tr> <td>單位名稱</td> <td>澎湖縣衛生署澎湖監獄</td> </tr> <tr> <td>單位地址</td> <td>澎湖縣湖西鄉崑崙村 1 之 1 號</td> </tr> <tr> <td>使用場所地址及位置</td> <td>澎湖縣湖西鄉崑崙村 1 之 1 號 衛生科 X 光室</td> </tr> <tr> <td>登記狀態</td> <td>使用</td> </tr> <tr> <td>設備類別</td> <td>診斷型 X 光機(不含透視)</td> </tr> <tr> <td>設備廠牌</td> <td>HITACHI</td> </tr> <tr> <td>設備型號</td> <td>Radnext32</td> </tr> <tr> <td>設備序號</td> <td>KK00279317</td> </tr> <tr> <td>首次登記備查日期</td> <td>中華民國 106 年 07 月 26 日</td> </tr> <tr> <td>最近登記備查日期</td> <td>中華民國 106 年 07 月 26 日</td> </tr> <tr> <td>備註</td> <td>1. 設施經營者應每五年於「首次登記備查日期」之相當日期後三個月內，實施輻射安全測試，並留存紀錄備查。 2. 「最近登記備查日期」係指因進口申請、資料異動、轉入、恢復使用等網路申請之檢定日期；前項每五年輻射安全測試時，「最近登記備查日期」不予更新。</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="858 1803 1433 1892"> <small>註：1. 本文件正本儲存於本會伺服器，上網查詢請至「輻射防護資訊服務系統」(http://www11cc.nrc.gov.tw)，本局亦「加掛防範」密碼，請以電子文件(PDF檔)檢取。 2. 製發日期時間：中華民國 111 年 07 月 06 日 14 時 46 分 37 秒</small> </p> 	行政院原子能委員會 可發生游離輻射設備登記證明		登記證明字號	登證字 1027807 號	單位編號	BA44020015	單位名稱	澎湖縣衛生署澎湖監獄	單位地址	澎湖縣湖西鄉崑崙村 1 之 1 號	使用場所地址及位置	澎湖縣湖西鄉崑崙村 1 之 1 號 衛生科 X 光室	登記狀態	使用	設備類別	診斷型 X 光機(不含透視)	設備廠牌	HITACHI	設備型號	Radnext32	設備序號	KK00279317	首次登記備查日期	中華民國 106 年 07 月 26 日	最近登記備查日期	中華民國 106 年 07 月 26 日	備註	1. 設施經營者應每五年於「首次登記備查日期」之相當日期後三個月內，實施輻射安全測試，並留存紀錄備查。 2. 「最近登記備查日期」係指因進口申請、資料異動、轉入、恢復使用等網路申請之檢定日期；前項每五年輻射安全測試時，「最近登記備查日期」不予更新。
行政院原子能委員會 可發生游離輻射設備登記證明																													
登記證明字號	登證字 1027807 號																												
單位編號	BA44020015																												
單位名稱	澎湖縣衛生署澎湖監獄																												
單位地址	澎湖縣湖西鄉崑崙村 1 之 1 號																												
使用場所地址及位置	澎湖縣湖西鄉崑崙村 1 之 1 號 衛生科 X 光室																												
登記狀態	使用																												
設備類別	診斷型 X 光機(不含透視)																												
設備廠牌	HITACHI																												
設備型號	Radnext32																												
設備序號	KK00279317																												
首次登記備查日期	中華民國 106 年 07 月 26 日																												
最近登記備查日期	中華民國 106 年 07 月 26 日																												
備註	1. 設施經營者應每五年於「首次登記備查日期」之相當日期後三個月內，實施輻射安全測試，並留存紀錄備查。 2. 「最近登記備查日期」係指因進口申請、資料異動、轉入、恢復使用等網路申請之檢定日期；前項每五年輻射安全測試時，「最近登記備查日期」不予更新。																												

(二) 衛生科

<p>興革事項名稱</p>	<p>潛伏結核(LTBI)個案收容人都治(DOTS)用藥安全衛教宣導</p>	
<p>興革事項內容</p>	<p>依 111 年矯正機關潛伏結核感染檢驗與治療計畫辦理，澎湖縣衛生局都治人員業於 111 年 7 月 14 日衛教收案需服藥之收容人，說明潛伏結核預防性用藥治療目的與注意事項，保護收容人減少服藥副作用，並鼓勵收容人完成治療療程。</p>	
<p>LTBI 用藥安全衛教宣導情形(一)</p>	<p>LTBI 用藥安全衛教宣導情形(二)</p>	
		
<p>LTBI 用藥安全衛教宣導情形(三)</p>	<p>LTBI 用藥安全衛教宣導情形(四)</p>	
		

(三) 衛生科

興革事項名稱	辦理收容人驗光配眼鏡活動
興革事項內容	因書寫、閱讀、或作業時，收容人有配鏡需求，經公告後由驗光師業於 111 年 7 月 21 日與 7 月 22 日蒞監提供專業諮詢與服務，使收容人在監期間視力問題得以矯正改善並得到一副最合適的眼鏡，本次活動共計 149 人次受檢及配鏡。

典獄長關懷收容人驗光配鏡活動情形	典獄長視察配鏡相關用品情形
------------------	---------------



驗光師為收容人驗光配鏡活動情形	收容人選購合適之眼鏡鏡框情形
-----------------	----------------



(四) 戒護科

興革事項名稱	訂定本監高危險機具設備管理與使用機制，提升作業及用電安全保障
興革事項內容	為避免不當操作危險機具導致作業傷害，爰訂定本監高危險機具設備管理與使用機制，規劃各項高危險機具設備操作人員應先接受機具設備前置教育訓練，熟稔標準操作流程；場舍應於高危險機具設備加設警示標誌及操作人員姓名，並張貼於設備明顯處；對於大功率機具設備應注意其用電安全，必要時穿著防護裝備，此外，由各場舍主管不定時對所屬收容人加強灌輸作業安全意識及用電安全知識教育。

場舍宣導作業安全



場舍宣導作業安全



(五) 戒護科

興革事項名稱	清洗各教區水塔，提高收容人生活用水品質		
興革事項內容	本監各教區頂樓置有水塔，為確保收容人日常生活用水品質，爰規劃定期進行清洗與維護，本次作業於 111 年 7 月 26 日完成。		
水塔清洗過程(一)		水塔清洗過程(二)	
 A photograph showing several workers on a roof structure. They are positioned around a large, dark cylindrical water tower. One worker is on a ladder, and another is standing on the roof. The tower has a blue sign with the Chinese characters '大自然' (Nature) on it.		 A close-up photograph of a worker's hands pouring water from a white bucket into a drainage pipe. The pipe is surrounded by a concrete structure, and the floor is green-painted.	
水塔清洗過程(三)		水塔清洗完畢(四)	
 A photograph showing a close-up of a white pipe with a grey outlet. Dark, brownish water is flowing out of the pipe into a drain. A person's leg in purple pants is visible in the foreground.		 A photograph showing a close-up of a white pipe with a grey outlet. Clear water is flowing out of the pipe into a drain. A person's legs in purple pants and black boots are visible in the foreground.	